

Warszawa, 22.12.2022 r.

ERRATA
DOTYCZĄCA WARTOŚCI LDH-P MET. DGKC
(ODCZYNNIK Z FIRMY SPINREACT)
DLA SUROWIC KONTROLNYCH I MULTIKALIBRATORA

Multikalibrator nr serii	280030-1	488 U/L
Surowica Normalna nr serii	200051	281 (230 - 332) U/L
Surowica Patologiczna nr serii	201031	571 (468 - 674) U/L

Po wprowadzeniu zmian proszę o przeprowadzenie **kalibracji oraz kontroli** na surowicach kontrolnych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.

Dorota Grzesiak-Nagórska
Kierownik Kontroli Jakości