

Warszawa, 15.03.2023 r.

NOTATKA DORADCZA**DOTYCZĄCA WARTOŚCI CRP (w zestawach do badania CRP we krwi)****W SUROWICY ASO/CRP/RF TURBI KONTROLA NISKA s. 13091****DLA APARATU HIPRO****CRP 16,7 (13,4 – 20,0) mg/L**

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Kontroli Jakości Alpha Diagnostics, tel.
(22) 631-40-13.

Dorota Grzesiak-Nagórska
Kierownik Kontroli Jakości