

Warszawa, 15.02.2023 r.

NOTATKA DORADCZA
DOTYCZĄCA WARTOŚCI
DLA WYBRANYCH PARAMETRÓW

W SUROWICY SPINTROL „H” NORMAL SERII 4592

ALP	121 (97 - 145) U/L	
CHOLESTEROL	103 (92 – 114) mg/dL	2,66 (2,37 – 2,95) mmol/L
KWAS MOCZOWY	5,59 (4,81 – 6,37) mg/dL	333 (286 - 379) µmol/L
MOCZNIK	46,6 (40- 53) mg/dL	7,74 (6,66 – 8,82) mmol/L
ŻELAZO met. z chrom.	165 (140 – 190) µg/dL	29,5 (25,1 – 34,0) µmol/L

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Kontroli Jakości
Alpha Diagnostics, tel. (22) 631-40-13.

Dorota Grzesiak-Nagórska
Kierownik Kontroli Jakości